



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____ 50.99.02.000.М.000556.02.25 _____ ОТ _____ 19.02.2025 г. _____

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ФБУ "НИЦ ПМ - Ростест"; Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промышленная зона ФГУП ВНИИФТРИ, Лабораторный корпус №24. (Российская Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест"; г. Москва, пр-кт Нахимовский, д. 31. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №0325/25 от 27.01.2025 г. ООО "Радэк". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 19.02.2030 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3724782



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.000556.02.25 от 19.02.2025 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, ФБУ "НИЦ ПМ - Ростест": Московская область, г.о. Солнечногорск, рп Менделеево, промышленная зона ФГУП ВНИИФТРИ, Лабораторный корпус №24

Условия работы с источниками ионизирующего излучения - проверка приборов для контроля характеристик рентгеновских аппаратов и дозиметров рентгеновского излучения

Размещение объекта, состав помещений:

Рентгеновская метрологическая лаборатория (помещение №127) размещается в нежилом помещении на 1-м этаже нежилой одноэтажной пристройки к нежилому лабораторному корпусу №24; защитная камера (площадь - 16,6 кв.м.), пультовая (площадь - 13,0 кв.м.).

Вид и характеристика ИИИ:

- установка поверочная рентгеновского излучения УПР-АТ300/1, зав.№002, год выпуска - 2018, производства АТОМТЕХ (Республика Беларусь), включающая в свой состав высокостабильный промышленный рентгеновский аппарат "ISOVOLT TITAN E 225M2 0,4-3,0", зав.№737507(рентгеновская трубка) / 17 0086 (корпус рентгеновской трубки), год выпуска - 2018, производства GE Sensing & Inspection technologies (Германия); максимальное анодное напряжение 225 кВ.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0550784