

*Система добровольной сертификации аналитических,  
измерительных, производственных и санитарно-гигиенических  
испытательных лабораторий (центров)  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.32035.04АИПО  
ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ  
ИСПЫТАНИЙ  
ООО «ЮФ «ПАРТНЕР»*

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
об участии лаборатории в межлабораторных  
сличительных испытаниях  
2020 год**

*Лаборатория специальной оценки условий труда Федерального  
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и  
Московской области" (Коломенский филиал)*

*140408, РОССИЯ, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской  
революции, д. 347,*

*Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных  
лиц: RA.RU.21АН46*

В 2020 году лаборатория приняла участие в раунде МСИ ЭМИ-4-20 схемы  
проведения межлабораторных слительных испытаний по измерению  
плотности потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 95 ГГц.

Руководитель провайдера МСИ

А.А. Гаврилова



ИНН 5029186156  
ОГРН 1145029006792  
E-mail: msi@nooirf.ru

Код участника: МСИ-69-20

Номер отчета: МСИ-69-20-ЭМИ-4-20

Наименование участника: Лаборатория специальной оценки условий труда  
Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"  
(Коломенский филиал)

Контролируемый показатель	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 95 ГГц
Приписанное значение, X	3,71
Расширенная неопределенность приписанного значения	2,49
Методика измерений	СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-41. Руководство по эксплуатации ПТМБ.411153.002 РЭ
Результат измерений, x	4,26
Расширенная неопределенность результата измерений	2,86
Разность D	0,55
Процентная разность D%	14,8
Критерий оценки, число En	0,15
Вывод о качестве результата измерений	удовлетворительно

Качество результатов измерений оценено в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 по числу En.

Руководитель провайдера МСИ

А.А. Гаврилова

Дата оформления:

09.12.2020

