

*Система добровольной сертификации аналитических,
измерительных, производственных и санитарно-гигиенических
испытательных лабораторий (центров)*

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.32035.04АИПЮ

**ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
ООО «ЮФ «ПАРТНЕР»**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об участии лаборатории в межлабораторных
сличительных испытаниях
2020 год**

Лаборатория специальной оценки условий труда Федерального
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и
Московской области" (Коломенский филиал)

**140408, РОССИЯ, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской
революции, д. 347,**

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц: RA.RU.21АН46**

В 2020 году лаборатория приняла участие в раунде МСИ ЭСП-3-20 схемы
проведения межлабораторных сличительных испытаний по измерению
напряженности электростатического поля.

Руководитель провайдера МСИ

А.А. Гаврилова



ИНН 5029186156
ОГРН 1145029006792
E-mail: msi@nooirf.ru

Код участника: МСИ-69-20

Номер отчета: МСИ-69-20-ЭСП-3-20

Наименование участника: Лаборатория специальной оценки условий труда
Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"
(Коломенский филиал)

Контролируемый показатель	Напряженность электростатического поля, кВ/м
Приписанное значение, X	34,1
Расширенная неопределенность приписанного значения	7,9
Методика измерений	СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411100.006 РЭ
Результат измерений, x	36,9
Расширенная неопределенность результата измерений	6,5
Разность D	2,80
Процентная разность D%	8,21
Критерий оценки, число En	0,27
Вывод о качестве результата измерений	удовлетворительно

Качество результатов измерений оценено в соответствии с ГОСТ ISO/IEC
17043-2013 по числу En.

Руководитель провайдера МСИ

А.А. Гаврилова

Дата оформления:

09.12.2020

