

Провайдер проверки квалификации ООО «Электронтест»
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430299
 127572, Москва, ул. Абрамцевская, 14А ИНН/КПП 7734557944/771501001
 Тел.: 8 (495) 487-07-57 E-mail: info@ptp-eltest.com

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Провайдера ПК

ООО «Электронтест»

Д. М. Кокурина

«04» сентября 2026 г.

Заключение

**по результатам проведения программы проверки квалификации
 посредством межлабораторных сличительных испытаний
 ПМ-МСИ/86/26**

«МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА. РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ-2026»

1. Наименование организации участника: Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

2. Адрес места осуществления деятельности участника: 117418, Россия, город Москва, Москва, Нахимовский проспект, дом 31

3. Сведения об аккредитации: Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ГА31

Кодовый шифр участника: ИЛ №3

Образец для контроля: ОК-86-01

НД: Эксплуатационная документация на СИ

№ п/п	Показатель	Приписанное значение	Результат испытаний	Показатель z'	Заключение
1	Анодное напряжение, кВ	76,75 кВ	75,75 кВ	-0,55	удовл.
2	Длительность экспозиции, мс	100,099 мс	100,57 мс	0,54	удовл.
3	Слой половинного ослабления, мм Al	3,376 мм Al	3,28 мм Al	-0,43	удовл.
4	Мощность воздушной кермы, мГр/с	4,809 мГр/с	4,777 мГр/с	-0,10	удовл.
5	Воздушная керма, мкГр	481,33 мкГр	489,7 мкГр	0,35	удовл.

Координатор ППК


 подпись

М. Х. Халиуллин
 И. О. Фамилия